

אגף האסיר מערך הרפואה

שירות בתי הסוהר



בתוקף מתאריך: 1.3.00
ת' עדכון אחרון: 16.07.24
עמוד מס' 1 מתוך 12 עמודים

הפרק: טיפולי שיניים
מס' הנוהל: 03-1002

הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס

1. כללי

- 1.1. מרפאות השיניים בבתי הסוהר מיועדות לתת טיפול רפואי לעצורים ולאסירים.
- 1.2. הנוהל מתבסס על הנחיות משרד הבריאות:
 - 1.2.1. משרד הבריאות - נוהל בריאות השן 2.5 (משרד הבריאות) "הנחיות בדבר שימוש בתרופות, חומרים ומכשירים דנטליים במרפאות שיניים".
 - 1.2.2. משרד הבריאות - נוהל בריאות השן 2.1 "הנחיות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים".
 - 1.2.3. משרד הבריאות - נוהל בריאות השן 1.3 "הנחיות למניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים".

2. מטרה

לפרט את תהליכי העבודה וההנחיות לצוותים הרפואיים ולתפעול מרפאות השיניים בשב"ס.

3. השיטה

- 3.1. מרפאת שיניים בבית הסוהר תופעל על פי קביעת אגף האסיר. תכולת הציוד והתשתית של מרפאת שיניים בשב"ס מפורטת בנספח א' לנוהל.
- 3.2. תדירות הפעלת המרפאה ועבודתו של רופא השיניים ייקבעו על ידי קצין הרפואה המחוזי בתיאום עם רע"ן רפואת שיניים.
- 3.3. רופא השיניים והסייעת יעבדו בשיתוף פעולה מלא עם מנהל המרפאה, תוך עדכנו השוטף בענייני ניהול המרפאה ועבודתה, ניהול מסדר החולים, מכשור וציוד רפואי כולל חוסרים, תקלות ובעיות - על מנת שסייע בטיפול אל מול הגורמים הרלוונטיים.

3.4. הכנת המרפאה למסדר חולים:

- 3.4.1. בסיום כל יום עבודה ולפני תחילת מסדר החולים, תכין הסייעת את מרפאת השיניים, תוודא הימצאות מכשירים ותקנותם, כלים שעברו עיקור וכל הציוד הנדרש, וכן ניקיון חדר הטיפולים ותקינות עמדת הטיפול. רשימת המכשירים והכלים הקבועים הנדרשים מפורטת בנספח ב' לנוהל.

03-1002	נוהל מס':	טיפול שיניים	הפרק:
1.3.00	בתוקף מתאריך:	הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס	הנוהל:
16.07.24	ת' עדכון אחרון:		
עמוד מס' 12	מתוך		

3.4.2. על הסייעת לבצע בתחילת יום העבודה ובסיומו שתי ספירות של הכלים הדנטליים הרשומים בנספח ג' – "רשימת כלים לספירה". בנוסף תתבצע ספירה שלישית במהלך יום העבודה. הסייעת תספור את הכלים באופן בטיחותי ותגן על עצמה בכפפות ומשקפי מגן. בכל מקרה של אובדן כלי יודיע על כך הצוות באופן מידי לקצין האג"ם היחידתי ולמנהל המרפאה.

3.4.3. צוות מרפאת השיניים יכיר את מיקומם של תיק ה ALS ומכשיר הדפיברילטור הנמצאים במרפאה, ואת אופן השימוש בהם.

3.5. סיום מסדר חולים

בסיום מסדר חולים תארגן הסייעת את מרפאת השיניים:

- 3.5.1. טיפול בציוד ובמכשירים, ניקוי וחיטוי של כלים, מכשירים וציוד, ועיקורם באוטוקלב – כל זאת בהתאם להוראות היצרן;
- 3.5.2. טיפול בעמדת הטיפולים, ניקוי של חדר הטיפולים;
- 3.5.3. ניקוי וסידור של עגלת הטיפולים והארונות;
- 3.5.4. השלמת ציוד חסר;
- 3.5.5. פינוי פסולת רפואית;
- 3.5.6. ביצוע ספירה שניה של הכלים.
- 3.5.7.

3.6. רשומה רפואית במרפאת שיניים:

- 3.6.1. רופא השיניים אחראי לכלל הרישום הרפואי ברשומה הרפואית הממוחשבת של האסיר, ביומן טיפולי השיניים ובכל טופס רפואי אחר.
- 3.6.2. ברשומה רפואית יתועדו האנמנזה, ממצאי בדיקת השיניים, אבחנות, תכנית הטיפול, וייסרקו אליה כל המסמכים הנלווים וצילומי הרנטגן.
- 3.6.3. צילומי רנטגן אשר צולמו במרפאת השיניים או מחוצה לה מהווים חלק בלתי נפרד מהרשומה הרפואית הממוחשבת. הצילומים ייסרקו ויתועדו ברשומה הרפואית הממוחשבת תוך ציון אזור הפה שצולם ותאריך הביצוע.
- 3.6.4. חובה על רופא השיניים לעיין לפני כל טיפול באנמנזה ובהיסטוריה הרפואית של המטופל ולעדכןם ככל שיידרש. תשומת לב מיוחדת יש לתת למטופלים החולים במחלות כרוניות.
- 3.6.5. רופא השיניים יתעד ברשומה הרפואית הממוחשבת את האבחנה ואת מהלך הטיפול שבוצע לאסיר: פירוט הטיפול שניתן לרבות רקמות ומשטחי השיניים שטופלו, אופן האלחוש, חומרי האלחוש וכמותם, כל חומר בו השתמשו לטיפול, התרחשויות שונות שקרו בזמן הטיפול, הערות לגבי הטיפול.
- 3.6.6. חובה על רופא השיניים לרשום ברשומה הרפואית הממוחשבת לכל טיפול קוד של

נוהל מס': 03-1002	הפרק: טיפולי שיניים
בתוקף מתאריך: 1.3.00	הנוהל: הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס
ת' עדכון אחרון: 16.07.24	
עמוד מס' 3 מתוך 12 עמודים	

האבחנה, שם האיבר (מספר השן, רביע בפה וכיו"ב) וקוד של הטיפולים שבוצעו.

3.6.7. ככל שניתן טיפול תרופתי, ירשום זאת הרופא ברשומה הרפואית הממוחשבת תחת לשונית "תרופות" ויפרט את הוראות השימוש בתרופה. התרופה תנופק לאסיר על ידי חובש או רופא השיניים בלבד. חל איסור על סייעות לחלק תרופות. אם נתן רופא השיניים בפועל חלק ממנת הטיפול התרופתי לאסיר, ירשום הרופא ברשומה הרפואית הממוחשבת את חלק הטיפול התרופתי שנתן, ומחובתו לעדכן את החובש כי האסיר קיבל ממנו בפועל חלק ממנת הטיפול התרופתי. החובש ישלים בהמשך את הנדרש.

3.6.8. ככל שיהיה צורך בכך, יפנה רופא השיניים אסירים לרופאים מומחים במחלקות בבתי חולים. ההפניה תתועד ברשומה הרפואית הממוחשבת של האסיר המופנה. מנהל המרפאה אחראי להזמנת התור בבית החולים עבור האסיר, לפי הנחיית רופא השיניים. רופא השיניים יעקוב אחר ביצוע קביעת התור וקבלת התשובה להפניה, יתעד את התשובה ברשומה הרפואית הממוחשבת, ויפעל לפיה.

3.6.9. במרפאת השיניים ינוהל יומן מעקב אחר עבודות פרותטיות (נספח ד' לנוהל).

3.6.10. לפני כל פעולה כירורגית יסביר רופא השיניים למטופל את מהות הפעולה, דרכי טיפול חלופיות, סיכונים וסיבוכים ותופעות לוואי, ובעיות העלולות להיגרם עקב חוסר טיפול. רופא השיניים יחתים את המטופל על טופס "הסכמה לטיפול כירורגי/ עקירת שן" (נספח ה' לנוהל).

3.7. הנחיות למניעת זיהומים ברפואת שיניים

3.7.1. צוות מרפאת השיניים מחויב לעבוד לפי נוהל בריאות השן 1.3 (משרד הבריאות) "הנחיות למניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים", שמטרתו למנוע העברת מחלות זיהומיות למטופלים ולצוות המטפל. יש ליישם הנחיות אלו בעת טיפול בכל מטופל, מאחר ולא תמיד ניתן לזהות במרפאת שיניים נשאי מחלות זיהומיות.

3.7.2. טיפול במטופלים יתבצע אך ורק יחד עם סייעת (למעט עזרה ראשונה בלית ברירה).

3.7.3. כל כלי או מכשיר המתאים להשריה בנוזל, יישטף במים זורמים בסיום כל טיפול, ויושרה במיכל ובו תמיסת חיטוי המכילה דטרגנט אנזימטי, למשך הזמן הנדרש בהתאם להוראות היצרן. רק לאחר מכן יעבור ניקוי בעזרת מברשת להורדת הלכלוך ויישטף במים זורמים, ואז יושרה שוב במיכל ובו תמיסת חיטוי המכילה דטרגנט אנזימטי למשך הזמן הנדרש בהוראות היצרן. לאחר ההשריה יש לשטוף את הכלים במים זורמים, לייבשם, ולעקר אותם באוטוקלב.

3.7.4. יש לשים אינדיקטור לבדיקת תהליך העיקור באוטוקלב בתוך שקית עיקור אחת, בכל מחזור עיקור. האינדיקטור ייבדק עם סיום מחזור העיקור. לאחר עיקור מוצלח, האינדיקטור יתויק במחברת מעקב ייעודית, על בסיס יומי לפי תאריכים ויישמר למשך 24 חודשים לפחות, תוך רישום התאריך, השעה ושם הסייעת המבצעת. באם

03-1002	נוהל מס':	טיפול שיניים	הפרק:
1.3.00	בתוקף מתאריך:	הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס	הנוהל:
16.07.24	ת' עדכון אחרון:		
עמוד מס' 4	מתוך 12	עמודים	

האינדיקטור מורה שלא התבצע עיקור תקין, יש להפסיק כל שימוש באוטוקלב ובכלים שהיו בו, ולהזמין טכנאי לבדיקתו.

3.7.5. ניגוב במטליות חיטוי של צנרת אחיזי היד ומערכת השאיבה, ידיות המנורה ולחצני כיסא הטיפולים, לאחר כל טיפול.

3.7.6. חיטוי הצנרת בסיום משמרת העבודה על ידי שאיבת תכשיר חיטוי מתוך כלי ייעודי, בהתאם להוראות היצרן.

3.8. תחזוקת הציוד

3.8.1. רופא השיניים אחראי לתקינות הציוד והמכשור במרפאת השיניים, ולתחזוקתם השוטפת.

3.8.2. רופא השיניים והסייעת אחראים על הזמנת ציוד קבוע ומתכלה, ויעבירו את הזמנותיהם לרע"ן רפואת שיניים, אשר יבצע את ההזמנה מהספקים, או לחילופין יאשר להם להזמין ציוד מבית המרקחת והמחסן במרלוג"ג.

3.8.3. הטיפול בציוד הרפואי יתבצע בהתאם לנוהל רפואה 06-2004 "הטיפול בציוד הרפואי בשב"ס".

3.8.4. קליטה והפעלה של מכשירים רפואיים במרפאות השיניים וטיפול בתקלות של מכשירים וציוד יתבצעו לפי נוהל מס' 03-1010 – "קליטה והפעלה של מכשירים רפואיים במרפאות השיניים".

3.8.5. רופא השיניים יתייעץ עם טכנאי האחזקה במקרים של תקלות של ציוד ומכשור, ויזמין תיקון לפי הצורך. רופא השיניים ידווח בדוא"ל לרע"ן רפואת שיניים על הזמנת התיקון ועל סיום הטיפול בתקלה.

3.8.6. על רופא השיניים היחידתי לאשר בחתימתו על גבי טופס התיקונים שהתיקון בוצע, לאחר שווידא שהרשום בו תואם לביצוע בפועל. רופא השיניים ישאיר אצלו עותק. הספק המפעיל את הטכנאי יעלה את החשבונית יחד עם טופס התיקונים החתום על ידי רופא השיניים היחידתי לפורטל המרכבה.

4. נספחים:

נספח א' – "תכולת ציוד ותשתית של מרפאת שיניים בשב"ס"

נספח ב' – "רשימה של מכשירים וכלים במרפאת שיניים"

נספח ג' – "רשימת כלים לספירה"

נספח ד' – "יומן מעקב אחר עבודות פרוטטיות"

נספח ה' – "טופס הסכמה לטיפול כירורגי/ עקירת שן"

03-1002	נוהל מס':	טיפול שיניים	הפרק:
1.3.00	בתוקף מתאריך:	הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס	הנוהל:
16.07.24	ת' עדכון אחרון:		
עמוד מס' 5	מתוך 12	עמודים	

5. עדכונים קודמים:

16/05/2019 ,22/7/2010 ,01/11/2004 ,07/07/2004

6. אחריות ביצוע:

ברמת היחידה – רופא שיניים
ברמת המחוז - קצין רפואה מחוזי
ברמת הנציבות - רע"ן רפואת שיניים

הפרק: טיפולי שיניים	נוהל מס': 03-1002
הנוהל: הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס	בתוקף מתאריך: 1.3.00
	ת' עדכון אחרון: 16.07.24
	עמוד מס' 6 מתוך 12 עמודים

נספח א'

תכולת ציוד ותשתית של מרפאת שיניים בשב"ס

חדר טיפולי שיניים סטנדרטי

1. הנחיות אלה מתבססות על:
 - נוהל בריאות השן 1.1 (משרד הבריאות) "הנחיות בדבר תנאי תברואה גהות ומבנה מרפא שיניים"
 - נוהל בריאות השן 1.2 (משרד הבריאות) "הנחיות בדבר ציוד דנטלי במרפאות שיניים".
2. בחדר הטיפולים תהיה תשתית הכוללת נקודות מים, ביוב, אוויר וחשמל, אליה תחובר עמדת טיפולים עם מנורה דנטלית ומערכת שאיבת נוזלים High Power Suction, מכשיר רנטגן, ציוד פיתוח, ציוד עזר להדמיה דנטלית, וציוד להגנה מפני קרינה.
3. חדר הטיפולים יהיה בעל תאורה מספקת ויכיל מזגן, שולחן משרדי, כיסא, מחשב, סורק צילומים דנטליים, מתקן לנייר לניגוב ידיים, מקרר, ארון ציוד וחומרים דנטליים ובו פריטי ציוד קבועים ומתכלים, עגלת טיפולים. בכל מרפאה (למעט הישנות) יימצאו: משטח עבודה אחיד וחלק שאינו סופג ועמיד לחומרי חיטוי, 2 כיורים, בכל כיור יהיה ברז מים חמים וקרים וסבון, מגבות נייר חד פעמיות, מיכל לחיטוי כלים וכלי לחיטוי מקדחים, פח אשפה נסגר, מיכל איסוף פסולת רפואית, מיכל ייעודי עבור פסולת חדה, מיכל לאיסוף פסולת אמלגם.
4. חדר הטיפולים ומכשיר הרנטגן יאושרו וינוטרו על ידי היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה במשרד הבריאות, לפי נוהל בריאות השן 1.4 "הנחיות בדבר הגנה מפני קרינת רנטגן ברפואת שיניים".
5. בחדר הטיפולים יימצאו מכשירים וכלים כמפורט בנספח ב', וכן ציוד וחומרים מתכלים.
6. על מערכת המים של המרפאה יותקן פילטר מים ביתי.
7. אוורור המרפאה יתבצע על ידי חלונות הפונים כלפי חוץ, מערכת מיזוג אוויר ומערכת החלפת ואספקת אוויר צח.
8. מדחס אוויר ומנוע שאיבה יותקנו מחוץ לחדר טיפולים במקום נגיש, עם הגנה מפני מפגעי מזג אוויר בדגש על שמש וגשם.

הפרק: טיפולי שיניים	נוהל מס': 03-1002
הנהל: הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס	בתוקף מתאריך: 1.3.00
	ת' עדכון אחרון: 16.07.24
	עמוד מס' 7 מתוך 12 עמודים

נספח ב'

רשימה של מכשירים וכלים במרפאת שיניים

מס"ד	מק"ט	פריט	תקן מרפאת שיניים
1	6115615	מניף ישר צר	2
2	6115616	מניף ישר בינוני	2
3	6115617	מניף ישר רחב	2
4	6115618	מניף סלדין	1
5	6115619	מניף מכופף שמאל (איסט ווסט)	2
6	6115620	מניף מכופף ימין (איסט ווסט)	2
7	6115641	מניף אפיקלי ימין	2
8	6115642	מניף אפיקלי שמאל	2
9	6115643	מניף לוקסטור	2
10	6107958	דנטלי- צבת עליונה לקידמיות	2
11	6115644	צבת עליונה למלתעות	2
12	6115645	צבת עליונה לטוחנות ימין	2
13	6115646	צבת עליונה לטוחנות שמאל	2
14	6115647	צבת עליונה לשיני בינה	2
15	6115648	צבת עליונה לשורשים רחב	2
16	6115649	צבת עליונה לשורשים צר	2
17	6115651	צבת תחתונה לקידמיות	2
18	6115652	צבת תחתונה למלתעות	2
19	6115653	צבת תחתונה לטוחנות	2
20	6115654	צבת תחתונה לשיני בינה	2
21	6115655	צבת תחתונה לשורשים רחב	2
22	6115656	צבת תחתונה לשורשים צר	2
23	6115657	צבת להורדת עצם רונג'ר	2
24	6108445	דנטלי-פצירה לעצם	2
25	6107954	מרים פלף (פריאוסטאל אלוטור)	2
26	6107912	רטרקטור לחי	2
27	6512018	כף מוגלה	4
28	6108088	מחזיק מחט	3
29	6108010	מחזיק להב	3
30	6108124	מספריים כירורגיות	3
31	6108256	פינצטה כירורגית	3
32	6110435	פאן	2
33	6108073	מוסקיטו	2
34	6107851	זונדה	15
35	6107952	פינצטה לרופא שיניים	15

הפרק: טיפולי שיניים		נוהל מס': 03-1002	
הנוהל: הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס		בתוקף מתאריך: 1.3.00	
		ת' עדכון אחרון: 16.07.24	
		עמוד מס' 8	מתוך 12 עמודים

15	ידית למראת פה	6107867	36
5	פרוב פריז' למדידת עומק כיסים	6107808	37
5	נושא חומר למצע (אפליקטור)	6512051	38
3	דוחס אמלגם גדול	6107840	39
3	דוחס אמלגם קטן	6107840	40
3	מחליק אמלגם (ברנישר) גדול	6107898	41
3	מחליק אמלגם (ברנישר) קטן	6107898	42
3	גלף הולנבק גדול	6107839	43
3	גלף הולנבק קטן	6107839	44
5	גלף קלאואיד דיסקואיד	6107839	45
5	ספטולה לערבוב חומרים	6108421	46
5	ספטולת פה	6107939	47
3	אקסקוורטור	6107829	48
2	ספטולת פה לסתימת קומפוזיט	6108422	49
2	איזמל זגוגית M	6110871	50
2	איזמל זגוגית D	6110872	51
4	מזרק קרפולות עם אספירציה	6512021	52
2	מזרק לחץ קרפולי דנטלי אינטראליגמנט	6512020	53
1	מוריד כתרים	6107889	54
1	צבת טכנית	6107957	55
1	מספריים למתכת	2001565	56
4	דנטלי-מחזיק מטריצות מתכת	6107894	57
2	מכשיר ידני להסרת אבנית- קיורטה SD204 אוניברסלית	6107941	58
2	מסגרת לסכר גומי מפלסטיק	6114041	59
2	מסגרת סכר גומי (מתכת)	6107906	60
2	מנקב לסכר גומי	6107905	61
2	דנטלי-מלחציים למהדקי סכר גומי	6107902	62
6	דנטלי-מהדק לסכר גומי	6107886	63
1	דנטלי-סכין לדונג	6107937	64
2	דנטלי-אקדח אמלגם מפלסטיק	6107826	65
1	דנטלי-אקדח אמלגם מתכת	6107827	66
2	משקפי מגן רגילים	6107924	67
1	מחזיק גילי צמר גפן (וטרולים)	6107892	68
5	מגשי פלסטיק למגירות	6107884	69
1	כלי פלסטיק לחיטוי מקדחים	6107925	70
1	דנטלי -מעמד למקדחים	6107911	71
1	אמבט לחיטוי כלים 3 ליטר	6107822	72
1	דנטלי-מתקן לכדוריות צמר גפן	6107926	73
1	דנטלי-גזיה אלקטרונית	6107837	74

הפרק: טיפולי שיניים	נוהל מס': 03-1002
הנהל: הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס	בתוקף מתאריך: 1.3.00
	ת' עדכון אחרון: 16.07.24
	עמוד מס' 9 מתוך 12 עמודים

75	6107942	סרגל אנדו' עם סטופרים	1
76	6107864	טורבינה HS	4
77	6110940	חיבור מהיר לטורבינה מהירות גבוהה	2
78	6511877	מנוע אויר LS	2
79	6107849	זויתן LS	3
80	6107868	ידיתן	1
81	6107941	קויטרון	אין צורך כשיש סקיילר
82	6511951	מכשיר חשמלי להסרת אבנית	5 +1 טיפים
83	6108850	זויתן לטיפולי שורש	0
84	6107810	מנוע סקשן	1
85	6107823	אמלגמטור	1
86	6511872	כסא לרופא שיניים	2
87	6512019	מדחס אויר	1
88	6511876	מכשיר רנטגן	1
89	6107901	דנטלי-מיקרומוטור טכני	1
90	6511873	מכשיר להקשיית שרף מרוכב באור	1
91	6511874	דנטלי-מכשיר לאטימת שררולים (לסטיריליזציה)	1
92	6511875	דנטלי-מכשיר למדידת עומק תעלות	1
93	6107816	אוטוקלב	1
94	6107844	ארונית למכשירי רפואת שיניים (דיספנסר)	1
95	6107863	דנטלי-חלוק עופרת לצילומי רנטגן	1
96	6107959	דנטלי-צווארון עופרת לצילומי רנטגן	1
97	6107960	תיבת פיתוח צילומי רנטגן	1
98	6511927	מסך צפיה לצילומי רנטגן	1
99	6113662	מכשיר לדחיסת MTA	1
100	6113255	דנטלי – ידית לסקיילר	1
101	6113257	דנטלי – טיפ לסקיילר	5
102	6113258	דנטלי – מפתח לסקיילר	1
103	6112711	דנטלי – מכשיר סקיילר ליוניט	1
104	6513101	מנוע לפוצרים ניקל טיטניום	1
105	6111126	סורק לצילומי שיניים	1
106	6113401	קיורטות GRACEY 5-6	2
107	6113401	קיורטות GRACEY 11-12	2
108	6113401	קיורטות GRACEY 13-14	2
109	6113292	אבן משחזת לקיורטות	1
110	6112291	טיפ מתכת למזרק מים אויר	5
111	6001102	מפתח שתלים אוניברסלי	1
112	6513781	קוטם גוטה פרקה	1

03-1002	נוהל מס':	טיפול שיניים	הפרק:
1.3.00	בתוקף מתאריך:	הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס	הנוהל:
16.07.24	ת' עדכון אחרון:		
עמוד מס' 10	מתוך 12	עמודים	

נספח ג'



טופס ספירה מעקב
כלים חדים.xls

נוהל מס': 03-1002					הפרק: טיפולי שיניים
בתוקף מתאריך: 1.3.00					הנוהל: הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס
ת' עדכון אחרון: 16.07.24					
עמודים	12	מתוך	11	עמוד מס'	

נספח ד'

יומן מעקב אחר עבודות פרוטטיות

[illegible]

הפרק: טיפולי שיניים	נוהל מס': 03-1002
הנוהל: הפעלת מרפאות שיניים בשב"ס	בתוקף מתאריך: 1.3.00
	ת' עדכון אחרון: 16.07.24
	עמוד מס' 12 מתוך 12 עמודים

נספח ה'

טופס הסכמה לטיפול כירורגי/ עקירת שן (Surgical procedure/ Tooth extraction)

שם המתרפא/ה: _____ מספר תעודת זהות: _____ מספר אסיר: _____

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת שקיבלתי והבנתי את ההסבר המפורט שניתן לי על ידי ד"ר

שם משפחה שם פרטי

על הצורך בביצוע טיפול כירורגי/ עקירת שן: _____

(להלן "הטיפול העיקרי") פירוט הטיפול

קיבלתי הסברים והבהרות מקיפים הנוגעים ל:

- תוצאות המקוות, ודרכי הטיפול החלופיות האפשריות בנסיבות המקרה וכן התוצאות העלולות לנבוע מסירובי לקבלת הטיפול.
 - חשיבות הפסקת העישון לפני ואחרי הטיפול, טיפול במחלת חניכיים ואיזון מחלת הסוכרת.
 - הגברת הסיכון לסיבוכים וסיכונים במקרה של עישון, מחלת חניכיים לא מטופלת וסוכרת.
 - טיפול כירורגי המבוצע יחד עם נטילת תרופות ממשפחת הביספוספונטים, בהווה או בעבר (תרופות המשמשות לטיפול ב"בריחת סידן" ו/ או בטיפול במחלות של העצמות), מעלה את הסיכון לדלקת כרונית עד כדי נמק של עצמות הלסת.
 - תופעות הלוואי של הטיפול העיקרי לרבות נפיחות ניכרת, כאב, שטפי דם תת עוריים והגבלה בפתיחת הפה לפרק זמן מוגבל.
 - סיכונים וסיבוכים אפשריים של הטיפול העיקרי לרבות: זיהום, פגיעה בעצבי הפנים שמשמעותה חוסר תחושה זמני או קבוע באזור הפגוע, אפשרות לפגיעה בסינוס בלסת העליונה, ובמקרים נדירים לשבר בעצם הלסת.
 - אופן ומשך ההחלמה של העצם והחניכיים בביצוע כירורגיה הם אינדיבידואליים ולא ניתנים לחיזוי.
 - לצורך אפשרי בטיפול נוסף במקרה של סיבוכים אפשריים.
- דרכי הטיפול החלופיות נשקלו על ידי טרם הבחירה בטיפול זה.

ברור לי ואני מבין/ה את החשיבות של מסירת מידע מדויק לגבי מצב בריאותי וכן ביצוע כל ההוראות שאקבל מהצוות/הרופא המטפל, לרבות שמירה על היגיינת חלל הפה, וביצוע ביקורות במועדים שאדרש להם.

אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לביצוע הטיפול העיקרי.

הסכמתי ניתנת בזאת גם לביצוע הרדמה מקומית לאחר שהוסברו לי הסיכונים והסיבוכים של ההרדמה, לרבות פגיעה בתחושה בשפה ו/או בלשון ו/או בסנטר ו/או בפנים, שטף דם תת עורי, נפיחות והגבלה בפתיחת הפה.

תאריך חתימת המתרפא/ה

שם האפוטרופוס חתימת האפוטרופוס
(במקרה של קטין או פסול דין או חולה נפש)

אני מאשר שהסברתי בעל פה למתורפא/ה / אפוטרופוס של המתרפא/ה למתרגם לשפתו/ה את כל האמור לעיל בפרוט הדרוש וכי הוא חתם על הסכמה בפני, לאחר ששוכנעתי כי הבין את הסברי במלואם.

שם הרופא/ה חתימה מספר רישיון