

פקודות המטה הארצי			פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי	
מספר: 08.01.10	תת-פרק: פיקוח רפואי	פרק: רפואה	תאריך פרסום: 01/04/2019	
שם פקודת המטה הארצי: הצבת מכשיר החייאה במבנה משטרי			תאריך תחילה: 01/04/2019	
			תאריך ביטול:	
			נוסח: 1	

תוכן העניינים

1. הגדרות
2. כללי
3. החובה להציב מכשירי החייאה בבניין משטרי
4. עמדת מכשיר החייאה
5. הצבת שילוט למכשיר החייאה
6. הוראות הפעלה והדרכה
7. בדיקת תקינות שבועית
8. בדיקת תקינות וזמינות ראשונית ותקופתית
9. תוצאות בדיקת תקינות וזמינות
10. תפקיד הקרפ"ר - לסייע לאחראי למבנה
11. תצהיר

08.01.10 - הצבת מכשיר החייאה במבנה משטרה

1. הגדרות

בפקודת המטא"ר הזאת –

- א. "אחראי למבנה" – מפקד יחידת משטרה שלאחריותו נמסר מבנה משטרה, לרבות מי מטעמו ;
- ב. "מבנה משטרה" – מבנה הנמצא באחריות המשטרה, בין שהוא בבעלותה, בין שהוא נשכר על ידה ובין שהמשטרה קיבלה את רשות השימוש בו מן המדינה, ובלבד שמועסקים בו 500 איש לפחות או שמתקיימת בו קבלת קהל ומבקרים בו 500 איש לפחות ביום ;
- ג. "גוף בדיקה" – תאגיד המתמחה בשירות רפואה דחופה שאישר הממונה על פי התנאים הקבועים בתקנות ושמשרתת ישראל התקשרה עמו בהסכם כקבוע בתקנות ;
- ד. "המפקח" – עובד משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן "התמ"ת") ששר התמ"ת מינה אותו לעניין התקנות ;
- ה. "התקנות" – תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 ;
- ו. "מכשיר החייאה" (להלן גם: "המכשיר") מפסיק פרפור (דפיברילטור) חיצוני אוטומטי המיועד להסדיר פעילות חשמלית של הלב באמצעות העברת זרם חשמלי ללב כהגדרתו בחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח – 2008, והעומד בדרישות כקבוע בתקנות ;
- ז. "עמדת מכשיר החייאה" – ארון ייעודי לאחסון מכשיר החייאה במקום ציבורי כקבוע בתקנות.
- ח. "קרפ"ר" – קרפ"ר או מי מטעמו.
- ט. "שוטר" – איש משטרה, לרבות אזרח עובד משטרה ומתנדב משא"ז.

2. כללי

- א. חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008 (להלן "החוק") קובע את החובה להציב מכשירי החייאה במקומות ציבוריים כהגדרתם בחוק.
- ב. הוראות החוק קובעות כי ביחס למשטרת ישראל ייקבעו הוראות בעניין בפקודות משטרת ישראל בשינויים המחויבים.
- ג. מטרת פקודת המטא"ר זו לקבוע את הכללים להצבת מכשירי החייאה במשטרת ישראל לפי הקבוע בחוק ובתקנות.
- ד. הקרפ"ר ירכוש את מכשירי ההחייאה עבור משטרת ישראל על-ידי ינפק אותם לכלל היחידות.

3. החובה להציב מכשירי החייאה בבניין משטרה

- א. אחראי למבנה יציב מכשיר החייאה אחד לפחות בבניין המשטרה עליו הוא אחראי במקום מרכזי ונגיש.

ב. אחראי למבנה יציב במבנה המשטרתי שבתחום אחריותו יותר ממכשיר החייאה אחד במקום מרכזי ונגיש, בהתקיים אחד מאלה:

(1) במבנה בו יותר מקומה אחת יוצב מכשיר החייאה אחד לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתייהן יחד כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום.

(2) בקומה שאורכה עולה על 300 מטרים ומספר המבקרים באותה הקומה כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום, יוצבו כמה מכשירי החייאה, כך שהמרחק בין מכשיר החייאה אחד לזה הסמוך לו לא יעלה על 300 מטרים.


ג. במבנה משטרתי בו קיימת עמדת עזרה ראשונה יוצב מכשיר החייאה אחד מתוך מכשירי ההחייאה שקיימת חובה להציבם, כאמור ב- ס"ק ב(1) ו- ב(2), בסמוך לעמדת העזרה הראשונה, ובלבד שהיא מצויה במקום מרכזי ונגיש.

4. עמדת מכשיר החייאה

- א. אחראי למבנה יציב את מכשיר ההחייאה בתוך עמדת מכשיר החייאה.
- ב. המכשיר יוצב בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה שינופק על-ידי קרפ"ר, אשר ניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את המכשיר בקלות.
- ג. עמדת המכשיר תוצב בגובה שלא יעלה על 150 ס"מ ולא יפחתו מ- 120 ס"מ מגובה הרצפה.
- ד. עמדת המכשיר תוצב במקום מקורה ובעדיפות לסמיכות לעמדה מאוישת.

5. הצבת שילוט למכשיר החייאה

- א. אחראי למבנה יציב שלט שינופק על-ידי קרפ"ר, על עמדת מכשיר ההחייאה או לצידה בהתאם לתרשים כאמור בתוספת הראשונה (תקנה 4(ב)) לתקנות ועל-פי התרשים שלהלן.
- ב. אחראי למבנה יציב השלט במקום בולט לעין המכוון למכשיר בהתאם לתרשים כאמור בתוספת השנייה לתקנות, באופן שהמרחק בין שלט לשלט בכל קומה לא יעלה על 150 מ'.



6. הוראות הפעלה והדרכה

- א. אחראי למבנה יתקין בצמוד לעמדת המכשיר במקום בולט לעין הוראות בסיסיות להפעלת מכשיר החייאה, שבראשן יצוין כי הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוכשר לכך, כמפורט בתקנות.
- ב. אחראי למבנה ידאג כי שוטריו יעברו הדרכה ראשונית אודות השימוש במכשיר עם הצבת המכשיר במבנה ורענון בתדירות שתקבע על-ידי קרפ"ר.
- ג. ההדרכות והרענון יבוצעו באמצעות קרפ"ר, לאחר שאחראי למבנה פנה אליו וביקש להכשיר או לרענן את שוטריו בשימוש במכשיר.

7. בדיקת תקינות שבועית

- א. אחראי למבנה יבטיח את תקינות המכשיר בכל עת ויבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, תקינות הסוללות, נורת החיווי אם ישנה לפי הוראות היצרן, וכי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר.
- במידה ותאריך התפוגה של המכשיר מתקרב, יש להעביר הודעה ללשכת קרפ"ר חודשיים לפני מועד התפוגה.
- ב. האחראי למבנה יתעד את תוצאות הבדיקה ויעביר העתק לקרפ"ר.
- ג. העתקי תוצאות הבדיקות השבועיות מהחודש האחרון יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת המכשיר; תוצאות הבדיקות השבועיות שנערכו ב-12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק המבנה.
- ד. אחראי מבנה ישמור את תוצאות הבדיקות השבועיות במשך 36 חודשים לפחות ויציגן לפי דרישות המפקח.

8. בדיקת תקינות וזמינות ראשונית ותקופתית

- א. אחראי מבנה יזמן גוף בדיקה שייקבע ע"י קרפ"ר לשם עריכת בדיקת תקינות וזמינות ראשונית בעת הצבת המכשיר.
- ב. לאחר שנערכה הבדיקה כאמור, יזמן אחראי המבנה גוף בדיקה לשם עריכת בדיקת תקינות וזמינות תקופתית אחת לשנה, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום של המכשיר.
- ג. אם נתן גוף בדיקה אישור לתקופה קצרה יותר מ-12 חודשים, כאמור בסעיף 9ה', יזמנו אחראי המבנה בהתאם למועד פקיעת האישור.

9. תוצאות בדיקת תקינות וזמינות

- א. לאחר ביצוע בדיקת תקינות וזמינות כאמור בסעיף 8, יקבל אחראי למבנה מגוף בדיקה אחד מאלה:
- (1) אישור כי מתקיימות במבנה דרישות התקינות כקבוע בתקנות;
- (2) דו"ח על ליקויים שנמצאו כקבוע בתקנות.
- ב. קיבל אחראי למבנה אישור כאמור בסעיף א(1) – ידביק את האישור על המכשיר.
- ג. קיבל אחראי למבנה דו"ח על ליקויים שנמצאו כאמור בסעיף א(2) – ידווח לקרפ"ר ויתקן את הליקויים מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר מהמועד שנקבע בדו"ח. לאחר תיקון הליקויים ידווח על כך אחראי הבניין לגוף הבדיקה ולקרפ"ר.
- ד. תוקנו הליקויים כאמור בסעיף ג' וגוף הבדיקה הנפיק לאחראי למבנה אישור כקבוע בתקנות – ידביק אחראי למבנה את האישור על המכשיר.
- ה. אישור שנתן גוף בדיקה יהא תקף לשנה מיום ביצוע הבדיקה או מועד אחר קצר יותר כפי שייקבע בגוף האישור, לפי המוקדם מבניהם.
- ו. אחראי המבנה יציג את תוצאות בדיקות המכשיר למפקח שמונה לפי החוק, עפ"י דרישתו וישלח לקרפ"ר לא יאוחר מיום ה- 31 בנובמבר בכל שנה, תצהיר חתום ומאומת (להלן: "התצהיר") על ביצוע בדיקות תקינות למכשיר כאמור בתקנות, עפ"י הנוסח המפורט בתוספת הרביעית לתקנות ובסעיף 11 לפקודה זו.
- ז. קרפ"ר ישלח עד ליום 31 לדצמבר בכל שנה אל משרד הכלכלה את כלל התצהירים שנערכו על-ידי משטרת ישראל.

10. תפקיד הקרפ"ר - לסייע לאחראי למבנה

- א. הקרפ"ר יפקח ויבקר אחר מילוי החובות הקבועות בפקודת המטא"ר הזאת.
- ב. הקרפ"ר ידאג לריכוז וניהול הכשרות וריענוני שוטרים לשימוש במכשיר, כאמור בסעיף 6ג' לפקודה זו.
- ג. הקרפ"ר ידאג לרכז את כלל תצהירי אחראי המבנה הממוענים אל משרד הכלכלה בנוגע לתקינות המכשיר וידאג לשולחם למשרד הכלכלה עד לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בכל שנה.

11. תצהיר

לכבוד

משרד הכלכלה

אני הח"מ מס' ת"ז _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי מכשיר ההחייאה שברשותי הוא ציוד רפואי רשום בהתאם לחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012 / רשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו) וכי הוא הותקן על פי דרישות כל דין, ונבדק מדי שבוע בשנה האחרונה על ידי אחראי שמיניתי בהתאם לתקנות הצבת מכשירי הציאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014.

כמו כן, אני מצהיר כי המכשיר נבדק בתאריך _____ בהתאם לתנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות, כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו, או בהתאם לתעודת הרישום עם כניסתו של חוק ציוד רפואי לתוקף. בדיקת המכשיר נעשתה על ידי ספק המכשיר / יצרן המכשיר / יבואן המכשיר / גורם אחר: _____, בהתאם לתנאי הרישום הללו.

מצ"ב אישור הגורם שבדק את תקינות המכשיר על ביצוע הבדיקה. כמו כן אני מצהיר בזה כי המכשיר תקין כעת וכל ליקוי אשר התגלה בו כתוצאה מבדיקות תקינות אלה במהלך השנה האחרונה תוקן בהתאם לתעודת הרישום.

להלן פרטי המכשיר:

סוג המכשיר

כתובת המקום הציבורי שבו הוא מותקן

שם האחראי שמונה על ידי

תאריך _____ חתימה _____ חותמת _____

אני הח"מ, עורך דין, מאשר בזה כי ביום _____ הופיע לפני שזיהיתי אותו על ידי תעודת זהות מס' _____ ולאחר שהוזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם עליה בפני.

תאריך _____ חתימה _____ חותמת _____